

## Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## I. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

**Zakup fabrycznie nowego wielokanałowego analizatora SiO<sub>2</sub> w wodzie, zgodnie z poniższym:**

- Zakres 0÷400 µg/l, programowalny,
- Zakres maksymalny nie mniejszy niż 0÷2,5 mg/l,
- Co najmniej trzy kanały pomiarowe,
- Automatyczna kalibracja,
- Menu w języku polskim,
- Dokładność pomiaru: co najmniej 3%,
- Zasilanie – 230 VAC,
- Wyjście analogowe 4-20 mA + wyjścia przekaźnikowe,
- Możliwość pomiaru dowolnej próbki przyniesionej z zewnątrz,
- Z kompletem odczynników na pierwsze uruchomienie analizatora,
- Minimalne zużycie odczynników – oczekiwany okres wymiany >45 dni,
- Niewrażliwość na zakłócenia spowodowane wzrostem stężenia w pozostałych kanałach,
- Pomiar próbki zerowej przed każdym cyklem pomiarowym w celu kompensacji zanieczyszczeń,
- Możliwość samodzielnego, własnego przygotowania reagentów wg dostarczonej receptury,
- Do zamontowania na stojaku pomiarowym,
- Dokumentacja jakościowa: deklaracje zgodności i certyfikaty (w tym CE i kalibracji),
- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- Dokumentacja techniczna: oryginały i tłumaczenia na język polski,
- Pierwsze uruchomienie analizatora przez autoryzowany serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, termin uruchomienia urządzenia zostanie uzgodniony przez Strony z 14 – dniowym wyprzedzeniem,
- Oczekiwany okres gwarancji – 36 miesięcy.

**Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych: karty katalogowej na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu dostawy (Załącznik nr 11).**