

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot Zamówienia obejmuje zakup:

Zakup fabrycznie nowego, nieregenerowanego, nieużywanego panelu katarometru do systemu monitoringu czystości wodoru i gazu przedmuchowego AK100 firmy ABB, zgodnie z poniższymi parametrami:

- numer katalogowy: 6540-203,
- Zakres mierzonych gazów: tylko wodór (H₂),
- Zakres wyjścia: 0-10 mV,
- bez pułapki płomienia,
- bezciśnieniowy

Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych: karty katalogowej na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw.